

Bitte beachten Sie: Dieses Dokument wurde automatisch erstellt und ist kein Ersatz für das Originaldokument des Herstellers.

Product Datasheet

Lanthanum (La) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HCl 100 mL HPS-100027-2-100

Artikelname	Lanthanum (La) ICP Standard at 1,000 µg/mL in 2% HCl 100 mL
Artikelnummer	HPS-100027-2-100
Hersteller Artikelnummer	100027-2-100
Alternativnummer	HPS-100027-2-100-100
Hersteller	High Purity Standards
Kategorie	Biochemikalien
Produktbeschreibung	La 1000 µg/mL in 2% HCl, 18 months expiry date. Traceable to NIST SRM 3127. ISO 9001:2015 certified, ISO/IEC 17025:2017 and ISO 17034:2016 accredited....